

26enes Jornades Federació ACAPPS

Les pròtesis auditives: Aspectes Tecnològics i Normatius, Marc Legal i Reptes Actuals

26/11/2022



Preguntes freqüents

1. Quina tecnologia hi ha per a la millora de l'audició de les persones amb sordesa?
2. Hi ha un únic circuit per gestionar les ajudes per obtenir les pròtesis auditives (audiòfons, implants coclears)?
3. Hi ha algun protocol de detecció de la sordesa i quina relació te amb les pròtesis auditives?
4. Quina és la normativa estatal de les pròtesis auditives?
5. Quina és la normativa catalana de les pròtesis auditives?
6. Quines són les ajudes PAO?
7. Quines són les ajudes PUA?
8. Els procediments i circuit per demanar aquests ajuts estan ben definits?

Índex



1. Evolució de les Pròtesis Auditives
2. Protocol de Detecció de la Hipoacúsia Neonatal
3. Normatives Estatals i Catalanes
4. Les ajudes PAO
5. Les ajudes PUA
6. Respostes a les Preguntes Freqüents i Reptes Actuals
7. Col·loqui

1. Evolució dels Aspectes Tecnològics



- ❑ Sense tecnologia no hi havia “tractament mèdic” per a la sordesa
- ❑ Els primers audiòfons (analògics i de petaca) intentaven amplificar el so a les freqüències on havia pèrdua auditiva, amb molt poc èxit per pèrdues severes i profundes.
- ❑ Audiòfons orientats a la gent gran (presbiacúsia) i no cobert per la SS (com les ulleres).

1. Evolució dels Aspectes Tecnològics



Noves oportunitats per sordeses severes i profundes:

- ☐ Millora dels audiòfons analògics (retroauriculars)
- ☐ Aparició dels audiòfons totalment digitals
- ☐ Implants coclears

✓ Diferents circuits de prescripció i programació

1. Evolució dels Aspectes Tecnològics



[Marta Capdevila, 2008]

Noves oportunitats per sordeses severes i profundes

Circuits diferents:

- ☐ Audiòfons digitals
 - ✓ ORL + “programació” en gabinet protèsic
- ☐ Implants coclears
 - ✓ Hospital “IC i programació” + gabinet protèsic

2. Protocol per a la detecció precoç, el diagnòstic, el tractament i el seguiment de la hipoacúsia neonatal

maternitat
infància
adolescència



Generalitat de Catalunya
Departament de Salut

Grup de treball

Coordinació

Blanca Prats, Direcció General de Salut Pública.
Ramon Prats, Direcció General de Salut Pública.
Antoni Plasència, Director general de Salut Pública.

Membres del grup de treball:

M^a José Alemany, CREDA Tarragona.
Teresa Amat, AICE (Federació d'Associacions d'Implantats Coclears d'Espanya).
Montserrat Anglarill, Departament d'Educació.
Carmen Cabezas, Direcció General de Salut Pública.
Elena Calvo, Direcció General de Planificació i Avaluació.
Carme Casas, Servei Català de la Salut.
Andreu Clarós, Hospital Sant Joan de Déu, Esplugues de Llobregat.
Maria Antònia Claveria, Hospital Sant Joan de Déu, Esplugues de Llobregat.
Dolors Costa, Direcció General de Planificació i Avaluació.
Josep M^a Cubells, Institut Universitari Dexeus, Barcelona.
Xavier Demestre, Hospital de Barcelona, Barcelona.
Carme Gall, Servei Català de la Salut.
Genís Garcia, Direcció General de Planificació i Avaluació.
Montserrat Guitart, Associació Catalana d'Infermeria Pediàtrica.
Mireia Jané, Direcció General de Salut Pública.
Raimon Jané, Federació d'Associacions Catalanes de Pares i Persones Sordes.
Salvador Juncà, Direcció General de Planificació i Avaluació.
Montserrat Llovera, CREDA Girona.
Silvia Marro, CREDA J. Perelló, Vallès Occidental.
Carme Medà, Conselleria de Salut, Palma de Mallorca.
Vicente Molina, Societat Catalana de Pediatria.
Marta Pastor, Direcció General de Planificació i Avaluació.
Cristina Pellisé, Departament d'Educació.
Enrique Perelló, Hospital Vall d'Hebron, Barcelona.
Pere Poch, Hospital Vall d'Hebron, Barcelona.
M^a Jesús Pueyo, Direcció General de Planificació i Avaluació.
Fèlix Pumarola, Hospital Vall d'Hebron, Barcelona.
José Risco, Hospital Joan XXIII, Tarragona.
Jesús Viñas, Departament d'Educació.

Coordinació del grup de treball:

Carme Medà, Blanca Prats.

Amb el suport de la Societat Catalana de Pediatria, la Societat Catalana d'Otorinolaringologia i Patologia Cervicofacial, la Federació d'Associacions d'Implantats Coclears d'Espanya, la Federació d'Associacions Catalanes de Pares i Persones Sordes i l'Associació Catalana d'Infermeria Pediàtrica.

"Tots els protocols s'aniran actualitzant en funció de l'evidència i de les novetats"

Programa de la hipoacúsia neonatal



El programa de la hipoacúsia neonatal comprèn el Protocol per a la detecció precoç, el diagnòstic, el tractament i el seguiment de la hipoacúsia neonatal, així com un tríptic informatiu per a les famílies.

El protocol descriu el procediment del cribratge auditiu i els circuits per a la implementació del mateix, amb l'objectiu d'identificar aquells infants que presenten una pèrdua auditiva $\geq 40\text{dB}$ per tal de fer un diagnòstic precoç, un tractament i seguiment el més aviat possible dels infants amb sordesa.

Per oferir als pares i mares una informació complementària de suport que informi sobre la prova de cribratge i el que comporta, així com els beneficis de dur-la a terme, s'ha elaborat conjuntament amb les societats científiques un tríptic dirigit a pares i mares que explica perquè és important valorar l'audició dels infants i què volen dir els resultats de les proves. Aquest material es

distribueix a les maternitats de Catalunya on es duu a terme el cribratge

Per facilitar la implementació del protocol, des del Departament de Salut s'ofereix a formació als centres maternals en col·laboració amb la unitat de referència per a la hipoacúsia infantil (URH), que és l'Hospital Sant Joan de Déu.

A partir del Decret 4/2015, de 13 de gener les maternitats privades es van incorporar al cribratge neonatal de la hipoacúsia.

- Protocol per a la detecció precoç, el diagnòstic, el tractament i el seguiment de la hipoacúsia neonatal  [1,07 MB]
- Fullletó divulgatiu: Per què cal fer la detecció precoç de la hipoacúsia al vostre infant? 
- Per què cal fer la detecció precoç de la hipoacúsia al nadó?  [417,64 kB] 

Normativa

- Instrucció 01/2010, de 10 de febrer de 2010 
Implantació del Protocol per a la detecció precoç, diagnòstic, tractament i seguiment de la hipoacúsia neonatal en l'àmbit del CatSalut.
- Decret 4/2015, de 13 de gener, per a la detecció precoç, el diagnòstic, el tractament i el seguiment de la hipoacúsia neonatal. 

Maternitats Públiques

Maternitats
Públiques i
privades 8



Per què cal fer la **detecció precoç de la hipoacúsia** al vostre infant?

El Programa de detecció precoç de la hipoacúsia servirà per detectar si l'infant hi sent correctament. És important fer el cribratge a tots els infants.



Cal valorar l'audició del vostre nadó?

Abans de l'alta, a la vostra maternitat es farà la prova d'audició al vostre nadó, que servirà per saber si hi sent correctament.

Per què es fa la prova d'audició?

Un de cada mil nadons tindrà una sordesa que caldrà ser tractada perquè l'infant pugui tenir un correcte desenvolupament global.

El Programa del cribratge de la hipoacúsia proporcionarà un diagnòstic en edats precoces.

Per què és important valorar l'audició de l'infant?

La sordesa té unes repercussions importants en la parla i el desenvolupament emocional, escolar, motor i social dels infants.

Què són els factors de risc?

Són aquelles causes que poden afavorir la presència o l'aparició posterior d'un dèficit auditiu en el vostre infant.

Els i les professionals sanitàries us diran què cal fer en el cas que existeixin factors de risc.

Com es fa la prova d'audició?

La tècnica dels potencials evocats auditius automatitzats és una prova molt senzilla que consisteix en la col·locació d'uns auriculars, a través dels quals s'envien uns estímuls sonors, i uns elèctrodes que ens permeten registrar la resposta auditiva.



Pot produir alguna incomoditat al vostre nadó?

No li comporta cap tipus d'incomoditat.

Quan us donaran els resultats de la prova d'audició?

Després de dur a terme la prova d'audició, els i les professionals sanitàries/àries responsables us informaran dels resultats i els anotaran en el carnet de salut infantil.



Què volen dir aquests resultats?

Si l'infant passa el test, és molt poc probable que tingui una deficiència auditiva. És important seguir observant l'audició del nadó durant els primers anys.

Si l'infant no passa el test, és essencial repetir la prova al voltant del primer mes de vida, per verificar-ne els resultats, perquè hi ha factors transitoris que dificulten la valoració correcta de l'audició del nadó durant els primers dies.

Un cop feta aquesta segona prova, si l'infant no la passa, el/la professional sanitari/ària us derivarà a la unitat de referència per al diagnòstic de la hipoacúsia per tal que li facin les proves diagnòstiques pertinents (al voltant del tercer mes de vida).

Un cop obtinguts els resultats, se us facilitarà tota la informació necessària per assessorar-vos sobre els passos que s'han de seguir.

Per tal que l'infant tingui un desenvolupament global i del llenguatge correcte, és molt important detectar-li precoçment la sordesa.

061 CatSalut
Respon

canalsalut.gencat.cat



DAVANT DE QUALESVOL DUBTE O SOSPITA DE DÈFICIT AUDITIU, CONSULTEU ELS I LES PROFESSIONALS SANITÀRIES/ÀRIES DEL VOSTRE CENTRE.

Il·lustracions: Marta Capdevila

Per tal que l'infant tingui un desenvolupament global i del llenguatge correcte, és molt important detectar-li precoçment la sordesa.

Cal valorar l'audició del nadó?

Abans de l'alta, al vostre centre maternal es farà la prova d'audició al nadó, que servirà per saber si hi sent correctament.

Per què es fa la prova d'audició?

Un de cada mil nadons tindrà una sordesa que caldrà tractar perquè l'infant pugui tenir un correcte desenvolupament global.

El Programa del cribratge de la hipoacúsia proporcionarà un diagnòstic en edats precoces.

Per què és important valorar l'audició de l'infant?

La sordesa té unes repercussions importants en la parla i el desenvolupament psicomotor dels infants.

Què són els factors de risc?

Són aquells que poden afavorir la presència o l'aparició posterior d'un dèficit auditiu en l'infant.

Els professionals sanitaris us diran què cal fer en el cas que existeixin factors de risc.

Com es fa la prova d'audició?

La tècnica dels potencials evocats auditius automatitzats és una prova molt senzilla que consisteix en la col·locació d'uns auriculars —a través dels quals s'envien uns estímuls sonors— i uns elèctrodes que ens permeten registrar la resposta auditiva.

Pot produir alguna incomoditat al vostre nadó?

No li comporta cap tipus d'incomoditat. Sovint, la prova es realitza mentre el nadó dorm o pren el pit.

Quan us donaran els resultats de la prova d'audició?

Després de dur a terme la prova d'audició, els professionals sanitaris responsables us informaran dels resultats i els anotaran en el carnet de salut infantil.

Què volen dir aquests resultats?

Si passa el test, és molt poc probable que tingui una deficiència auditiva. És important seguir observant l'audició durant els primers anys.

Si no passa el test, és essencial repetir la prova al voltant del primer mes de vida, per verificar-ne els resultats, perquè hi ha factors transitoris que dificulten la valoració correcta de l'audició durant els primers dies.

Un cop feta aquesta segona prova, si l'infant no la passa, el professional sanitari us derivarà a la unitat de referència per al diagnòstic de la hipoacúsia per tal que li facin les proves diagnòstiques pertinents (al voltant del tercer mes de vida).

Un cop obtinguts els resultats, se us facilitarà tota la informació necessària per assessorar-vos sobre els passos que s'han de seguir.



Davant de qualsevol dubte o sospita de dèficit auditiu, consulteu els professionals sanitaris del vostre centre.



Per què cal fer la detecció precoç de la hipoacúsia al nadó?

El Programa de detecció precoç de la hipoacúsia servirà per detectar si l'infant hi sent correctament. És important fer el cribratge a tots els infants.

/Salut

Generalitat de Catalunya

canalsalut.gencat.cat



DL B21.363-2020

3. Normatives Estatals

Context: No havia cap programa de detecció precoç de la hipoacúsia (2000)

Orden ministerial (2000) de la prestación ortoprotésica del Sistema Nacional de la Salud:

- **Audiòfons només fins als 16 anys**

Orden ministerial (2019) de la prestación ortoprotésica del Sistema Nacional de la Salud:

- **Audiòfons fins als 26 anys (progresiu cada 2 anys)**

Sanidad plantea la gratuidad y la extensión de la prestación por audífonos hasta los 26 años

El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, tuvo en cuenta las reivindicaciones realizadas por FIAPAS y, según anunció en nota de prensa, planteó a las comunidades autónomas, durante la pasada reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, ampliar la cobertura de la prestación por audífonos hasta los 26 años.

FIAPAS celebra esta decisión, resultado de las reuniones entre la entidad y el propio Ministerio con motivo de la actualización del catálogo de la prestación ortoprotésica del Sistema Nacional de Salud.

En abril del año 2000, fruto de las reclamaciones de FIAPAS, se publicaba en el BOE la Orden Ministerial que incluía el audífono como prestación ortoprotésica del Sistema Nacional de la Salud, estableciéndose una ayuda económica parcial destinada para su adquisición que quedaba, sin embargo, limitada a personas de 0 a 16 años.

Por un lado, la cuantía contemplada era insuficiente, ya que apenas cubre un tercio de su coste. Por otro, se establecía una discrimina-



Muchos jóvenes sordos podrían beneficiarse de esta medida.

ción por edad que no se produce con ninguna otra prótesis y que no tiene justificación clínica, terapéutica, ni habilitativa. Ni mucho menos política o social.

Este acuerdo del Consejo Interterritorial, con el que las comunidades autónomas manifestaron su conformidad a falta de un estudio económico sobre el impacto de tal medida, daría luz verde a su incorporación, en las condiciones mencionadas, en la orden reguladora de las prótesis externas, actualmente en elaboración.

Esta decisión supone un gran avance, no obstante FIAPAS velará por que se haga realidad y, progresivamente, se vaya **ampliando por tramos de edad hasta atender las necesidades de la población usuaria sin ningún tipo de discriminación por edad.**

En este sentido, recuerda otros asuntos pendientes como la inclusión en la Cartera Ortoprotésica de la **renovación de todos los componentes externos de los implantes cocleares y las baterías para su funcionamiento.**

I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE SANIDAD, CONSUMO Y BIENESTAR SOCIAL

6277 *Orden SCB/480/2019, de 26 de abril, por la que se modifican los anexos I, III y VI del Real Decreto 1030/2006, de 15 de septiembre, por el que se establece la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud y el procedimiento para su actualización.*

“Asimismo, la citada Comisión acordó aumentar la edad de financiación de los audífonos que actualmente es hasta los dieciséis años, al objeto de que esta prestación llegue a un mayor número de personas, como habían solicitado en diversas ocasiones las asociaciones de pacientes. La Comisión planteó **aumentar este límite de edad hasta los veintiséis años**, por considerar esta franja de edad como crítica en el desarrollo y evolución de la persona para lograr una mejor inserción, tanto en el ámbito laboral como de estudios, y de esa forma poder mejorar sus perspectivas de futuro, así como facilitar su integración. **Para que esta ampliación sea sostenible para el Sistema Nacional de Salud**, se acordó que se hiciera de forma gradual, de manera que **se financien los audífonos inicialmente hasta los veinte años y se incorpore cada año un tramo de edad mínimo de dos años, hasta alcanzar los veintiséis años.**”

I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE SANIDAD

- 1426** *Orden SND/44/2022, de 27 de enero, por la que se actualiza, en lo relativo al catálogo común de prótesis externas de miembro superior y miembro inferior, ortoprótesis para agenesias, sillas de ruedas, ortesis y productos para la terapia del linfedema, el Anexo VI del Real Decreto 1030/2006, de 15 de septiembre, por el que se establece la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud y el procedimiento para su actualización.*

«Grupo 22 06 Prótesis auditivas

Subgrupo: 22 06 00 Audífonos para pacientes hipoacúsicos, **de cero a veintiséis años de edad**, afectados de hipoacusia bilateral neurosensorial, transmisiva o mixta, permanente, no susceptible de otros tratamientos, con una pérdida de audición superior a 40 dB en el mejor de los oídos (valor obtenido promediando las frecuencias de 500, 1.000 y 2.000 Hz). **Las administraciones sanitarias competentes vincularán la financiación de los audífonos y de los moldes adaptadores a programas de detección precoz, tratamiento completo y seguimiento de la hipoacusia**, así como al estilo de vida de los pacientes:

Categorías (Código homologado y descripción)	Tipos de productos (Código y descripción)	Elaboración	Vida media	IMF	IMF si
PAA 000 Audífono digital intra-auricular.	PAA 000A Audífono intra-auricular IIC (invisible in the canal).	ADAP3	48 meses.	1.500,00	1.363,64
	PAA 000B Audífono intra-auricular CIC (completely in the canal).	ADAP3	48 meses.	1.500,00	1.363,64
	PAA 000C Audífono intra-auricular ITC (in the canal).	ADAP3	48 meses.	1.500,00	1.363,64
	PAA 000D Audífono intra-auricular ITE (in the ear).	ADAP3	48 meses.	1.500,00	1.363,64
PAA 010 Audífono digital retro-auricular.	PAA 010A Audífono retro-auricular RITE/RIC (receiver in the ear/canal).	ADAP2	60 meses.	1.200,00	1.090,91
	PAA 010B Audífono retro-auricular BTE (behind the ear).	ADAP2	48 meses.	1.200,00	1.090,91
	PAA 010C Audífono retro-auricular BTE superpotente (power).	ADAP2	48 meses.	1.200,00	1.090,91

Se facilitarán los audífonos con telebobina con capacidad de conexión con sistemas de inducción magnética, integrada en los mismos, en caso de que el paciente lo solicite y las características del dispositivo lo permitan.

Subgrupo: 22 06 90 Moldes adaptadores y otros componentes de audífonos para pacientes que cumplan los requisitos para recibir audífonos:

Categorías (Código homologado y descripción)	Tipos de productos (Código y descripción)	Elaboración	Vida media	IMF	IMF si
PAM 000 Molde adaptador para audífono.	PAM 000A Molde adaptador para audífono retroauricular BTE/BTE super potente (unidad).	COMP0	24 meses.	33	30,00
	PAM 000B Micromolde para audífono retro-auricular RITE/RIC (unidad).	COMP0	24 meses.	44	40,00
	PAM 000C Molde con auricular integrado para audífono retro-auricular RITE/RIC (unidad).	COMP2	24 meses.	121	110,00
PAM 010 Otros componentes para audífonos.	PAM 010A Tubo auricular para audífono retro-auricular RITE/RIC (incluye adaptador estándar).	COMP0	12 meses.	77	70,00

Subgrupo: 22 06 99 **Recambios de componentes externos de implantes auditivos.** El procedimiento de acceso a los recambios que establezca cada administración sanitaria competente incluirá el mecanismo que considere más adecuado para la activación, programación y revisiones que se precisen. La solicitud de inclusión en la Oferta de un producto perteneciente a uno de los tipos de las categorías PAI 010 y PAI 030 requiere que venga acompañada o se disponga ya en la Oferta de sus correspondientes componentes de los tipos pertenecientes a las categorías PAI 020 y PAI 040,

PAI 010 Sistema básico completo para implante coclear.	PAI 010A Sistema básico completo retroauricular para implante coclear (Incluye procesador, dos cables, antena/bobina, imán, portapilas y/o portabaterías si los precisa, pilas* o dos juegos de baterías recargables, cargador de baterías en su caso, mando a distancia y soporte técnico).	EMP0	84 meses.	7.700,00	7.000,00
	PAI 010B Sistema básico completo corporal para implante coclear (Incluye procesador, dos cables, antena/bobina, imán, portapilas y/o portabaterías si los precisa, pilas* o dos juegos de baterías recargables, cargador de baterías en su caso, mando a distancia y soporte técnico).	EMP0	84 meses.	7.700,00	7.000,00
	PAI 010C Sistema básico completo de unidad única para implante coclear (Incluye procesador, imán, portapilas y/o portabaterías si los precisa, pilas* o dos juegos de baterías recargables, cargador de baterías en su caso, mando a distancia y soporte técnico).	EMP0	84 meses.	7.700,00	7.000,00
	PAI 010D Sistema básico completo electroacústico para implante coclear (Incluye procesador, unidad acústica, molde, dos cables, imán, antena/bobina, portapilas y/o portabaterías si los precisa, pilas* o dos juegos de baterías recargables, cargador de baterías en su caso, mando a distancia y soporte técnico).	EMP0	84 meses.	8.580,00	7.800,00

	tecnicoy).				
	PAI 020A Micrófono para implante coclear.	EMP0	48 meses.	176,00	160,00
	PAI 020B Antena/bobina con imán para implante coclear.	EMP0	24 meses.	367,50	334,09
PAI 020 Otros componentes externos para implante coclear.	PAI 020C Cable para solución corporal para implante coclear, para niños y para usuarios con características especiales.	EMP0	24 meses.	152,88	138,98
	PAI 020D Cable para solución retroauricular para implante coclear	EMP0	24 meses.	115,01	104,55

* Las empresas facilitarán pilas en cantidad suficiente para tres años, en una sola entrega o de forma gradual, con el fin de asegurar las mejores condiciones de uso. Con carácter general, para calcular el número de pilas se considera que:

- Los productos de los tipos incluidos en la categoría PAI 000 Sistema básico completo para implante de conducción ósea, precisan 36 pilas al año.
- Los productos de los tipos incluidos en las categorías PAI 010 Sistema básico completo para implante coclear y PAI 030 Sistema básico completo para implante de tronco cerebral requieren 360 pilas al año.
- El productos del tipo PAI 050A Sistema básico para implante de oído medio con procesador externo precisa 60 pilas al año.

No obstante, el número de pilas a entregar dependerá del tiempo de duración de cada una de ellas informado por el fabricante.»

I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD

7629 *Orden SSI/1356/2015, de 2 de julio, por la que se modifican los anexos II, III y VI del Real Decreto 1030/2006, de 15 de septiembre, por el que se establece la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud y el procedimiento para su actualización, y se regulan los estudios de monitorización de técnicas, tecnologías y procedimientos.*

OR 1 2 Implante coclear, incluyendo la implantación bilateral tras valoración individualizada en niños y en adultos. Se considerarán especialmente las siguientes situaciones:

- pacientes con hipoacusia postinfecciosa (como posmeningitis o poscitomegalovirus) o asociada a otras discapacidades (ceguera, déficits multisensoriales o Síndrome de Usher)
- pacientes con resultados pobres tras el primer implante que puedan obtener ganancias con el segundo por presentar otras alteraciones (malformaciones del oído interno con poco resultado funcional unilateral, trastornos de conducta asociados a hipoacusia), o una patología que pueda interferir con los resultados del primer implante coclear (Síndrome de Pendred u otros síndromes hereditarios que se asocian a pérdida progresiva bilateral).

3. Normatives Catalanes

1/12

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 8331 - 2.2.2021

CVE-DOGC-A-21029034-2021

DISPOSICIONS

DEPARTAMENT DE SALUT

ORDRE SLT/22/2021, de 27 de gener, per la qual es determinen per a l'any 2020 els preus unitaris per a la contraprestació de l'atenció hospitalària i especialitzada.

Procediments relacionats amb els implants auditius:	
Implant coclear unilateral	34.182,91 €
Implant coclear bilateral simultani	64.161,32 €
Implant osteointegrat	12.223,44 €
Renovació del processador	6.615,90 €

Gestionat pels Hospitals

La consellera Vergés anuncia que es finançaran els implants coclears bilaterals en els casos d'hipoacúsia severa o profunda en nens

- Fins ara només es finançava un dels implants i els implants bilaterals només s'afegien en casos molt específics
- Cada any neixen al voltant d'uns 60 infants amb hipoacúsia severa o profunda i la majoria es podran beneficiar d'aquest tipus d'implants



Grup de treball del “Protocol sobre les indicacions dels implants coclears en adults” a Catalunya 2019.
d’acord amb l’Ordre Ministerial SSI/1356/2015

4. Les ajudes PAO

The screenshot shows the Gencat website header with the logo and navigation links: 'Contacte', 'CA', and a search icon. Below the header is a secondary navigation bar with links: 'Inici', 'El CatSalut', 'Serveis sanitaris', 'Centres', 'Tràmits', 'Professionals', and 'Actualitat'. The main content area has a breadcrumb trail: 'Inici > Serveis sanitaris > Prestacions complementàries > Prestacions ortoprotètiques'. The title 'Prestacions ortoprotètiques' is prominently displayed, followed by social media icons for Twitter, Facebook, Telegram, WhatsApp, and Print. Below the title, there is a blue box on the left with the text '/Salut Generalitat de Catalunya Centre dispensador d'articles ortoprotètics' and a small legal notice. To the right of this box, there is a paragraph explaining the service: 'La prestació ortoprotètica s'orienta a recuperar habilitats, capacitats o funcions que s'han deteriorat o perdut a causa d'una malaltia congènita o adquirida, o un traumatisme. El sistema de salut garanteix a les persones assegurades l'obtenció de les pròtesis externes, ortesis i cadires de rodes prescrites per metges especialistes de la xarxa sanitària pública i que estiguin incloses a la cartera del sistema nacional de salut vigent.' To the right of this paragraph is a yellow box with the text 'Guia d'ús de la prestació ortoprotètica'. Below the yellow box is a grey box with the heading 'Destaquem' and a red arrow icon pointing to the text 'Acreditació de centre dispensador d'articles ortoprotètics del Servei Català de la Salut'.

#gencat

Contacte | CA | 🔍

CatSalut. Servei Català de la Salut

Inici | El CatSalut | Serveis sanitaris | Centres | Tràmits | Professionals | Actualitat

Inici > Serveis sanitaris > Prestacions complementàries > Prestacions ortoprotètiques

Prestacions ortoprotètiques

/Salut Generalitat de Catalunya

Centre dispensador d'articles ortoprotètics

acord amb el que estableix la Resolució de 28 de maig de 2001, per la qual s'estableixen les condicions procedimentals que han de complir els centres dispensadors d'articles ortoprotètics per tal de poder a la prestació ortoprotètica sense necessitat d'acreditar prèviament l'ajut econòmic del Servei Català de la Salut (DOCG 1016, 28 de maig de 2001).

La prestació ortoprotètica s'orienta a recuperar habilitats, capacitats o funcions que s'han deteriorat o perdut a causa d'una malaltia congènita o adquirida, o un traumatisme.

El sistema de salut garanteix a les persones assegurades l'obtenció de les pròtesis externes, ortesis i cadires de rodes prescrites per metges especialistes de la xarxa sanitària pública i que estiguin incloses a la cartera del sistema nacional de salut vigent.

Guia d'ús de la prestació ortoprotètica

Destaquem

⬇ Acreditació de centre dispensador d'articles ortoprotètics del Servei Català de la Salut

<https://catsalut.gencat.cat/ca/serveis-sanitaris/prestacions-complementaries/prestacions-ortoprotetiques/>

Catàleg de prestacions ortoprotètiques a càrrec del Servei Català de la Salut

Vàlid a partir del dia 16 de gener de 2020

Actualització del dia 1 de gener de 2022

Salut/Servei
Català de la Salut



“PAO”

Grup 22 06: Pròtesis auditives 48

Subgrup: 22 06 00 Audiòfons per a pacients hipoacúsics, de zero a vint-i-quatre anys d'edat (ampliable 2 anys més cada any fins els vint-i-sis anys d'edat), afectats d'hipoacúsia bilateral neurosensorial, transmissiva o mixta, permanent, no susceptible d'altres tractaments, amb una pèrdua d'audició superior als 40 dB en la millor de les orelles (valor obtingut amb la mitjana de les freqüències de 500, 1.000 i 2.000 Hz). (aportació de l'usuari/usuària: 0 euros). ..48

Subgrup: 22 06 90 Motlles adaptadors i altres components d'audiòfons per a pacients que compleixen els requisits de rebre audiòfons. (aportació de l'usuari/usuària: 0 euros).49

Subgrup: 22 06 99 Recanvis de components externs d'implants auditius. (aportació de l'usuari/usuària: 0 euros).....50

Grup 22 06: Pròtesis auditives

Subgrup: 22 06 00 Audiòfons per a pacients hipoacúsics, de zero a vint-i-quatre anys d'edat (ampliable 2 anys més cada any fins els vint-i-sis anys d'edat), afectats d'hipoacúcia bilateral neurosensorial, transmissiva o mixta, permanent, no susceptible d'altres tractaments, amb una pèrdua d'audició superior als 40 dB en la millor de les orelles (valor obtingut amb la mitjana de les freqüències de 500, 1.000 i 2.000 Hz). (aportació de l'usuari/usuària: 0 euros).

Categoria	Descripció categoria	Article	Descripció article	Elaboració	Vida mitjana (mesos)	IMF	Aportació CatSalut	Aportació	Validació sanitària	Protocol
PAA 000	Audiòfon digital intra-auricular	PAA 000A	Audiòfon intra-auricular IIC (invisible in the canal)	ADAP3	48	1.500,00	1.500,00	0	SI	SI
		PAA 000B	Audiòfon intra-auricular CIC (completely in the canal)	ADAP3	48	1.500,00	1.500,00	0	SI	SI
		PAA 000C	Audiòfon intra-auricular ITC (in the canal)	ADAP3	48	1.500,00	1.500,00	0	SI	SI
		PAA 000D	Audiòfon intra-auricular ITE (in the ear)	ADAP3	48	1.500,00	1.500,00	0	SI	SI
PAA 010	Audiòfon digital retro-auricular	PAA 010A	Audiòfon retro-auricular RITE/RIC (receiver in the ear/canal)	ADAP2	60	1.200,00	1.200,00	0	SI	SI
		PAA 010B	Audiòfon retro-auricular BTE (behind the ear)	ADAP2	48	1.200,00	1.200,00	0	SI	SI

Renovació de la periodicitat: Finalitzada la vida mitjana, per a la renovació de l'article, aquest podrà ser renovat només quan hagi perdut la seva funcionalitat i aquesta no es pugui recuperar amb el recanvi corresponent. Sempre haurà de justificar-se documentalment.

Tots els articles estan subjectes a la garantia que expressen els fabricants, sense perjudici del que estableix la Llei 23/2003, de 10 de juliol, de Garanties en la venda de béns de consum. Durant el període de garantia les reparacions van a càrrec de l'establiment dispensador.

Pàgina 48

Categoria	Descripció categoria	Article	Descripció article	Elaboració	Vida mitjana (mesos)	IMF	Aportació CatSalut	Aportació	Validació sanitària	Protocol
		PAA 010C	Audiòfon retro-auricular BTE super-potent (power)	ADAP2	48	1.200,00	1.200,00	0	SI	SI
PAA 020	Sistema BICROS	PAA 020A	Sistema BICROS d'audiòfon intra-auricular	ADAP3	48	2.250,00	2.250,00	0	SI	SI
		PAA 020B	Sistema BICROS d'audiòfon retro-auricular	ADAP2	60	1.800,00	1.800,00	0	SI	SI
PAA 030	Barnilla i diadema	PAA 030A	Barnilla o diadema auditiva aèria/òssia	ADAP2	60	1.200,00	1.200,00	0	SI	SI

Subgrup: 22 06 90 Motlles adaptadors i altres components d'audiòfons per a pacients que compleixen els requisits de rebre audiòfons. (aportació de l'usuari/usuària: 0 euros).

Categoria	Descripció categoria	Article	Descripció article	Elaboració	Vida mitjana (mesos)	IMF	Aportació CatSalut	Aportació	Validació sanitària	Protocol
PAM 000	Motle adaptador per audiòfon	PAM 000A	Motle adaptador per a audiòfon retro-auricular BTE/BTE super potent (unitat)	COMP0	24	33,00	33,00	0	NO	NO
		PAM 000B	Micromotle per a audiòfon retro-auricular RITE/RIC (unitat)	COMP0	24	44,00	44,00	0	NO	NO
		PAM 000C	Motle amb auricular integrat per a audiòfon retro-auricular RITE/RIC (unitat)	COMP0	24	121,00	121,00	0	NO	NO
PAM 010	Altres components per a audiòfons	PAM 010A	Tub auricular per a audiòfon retro-auricular RITE/RIC (inclou adaptador estàndard)	COMP0	12	77,00	77,00	0	NO	NO

Renovació de la periodicitat: Finalitzada la vida mitjana, per a la renovació de l'article, aquest podrà ser renovat només quan hagi perdut la seva funcionalitat i aquesta no es pugui recuperar amb el recanvi corresponent. Sempre haurà de justificar-se documentalment.

Tots els articles estan subjectes a la garantia que expressen els fabricants, sense perjudici del que estableix la Llei 23/2003, de 10 de juliol, de Garanties en la venda de béns de consum. Durant el període de garantia les reparacions van a càrrec de l'establiment dispensador.

Subgrup: 22 06 99 Recanvis de components externs d'implants auditius. (aportació de l'usuari/usuària: 0 euros).

Categoria	Descripció categoria	Article	Descripció article	Elaboració	Vida mitjana (mesos)	IMF	Aportació CatSalut	Aportació	Validació sanitària	Protocol
PAI 020	Altres components externs per implant coclear	PAI 020A	Micròfon per implant coclear	BAS	48	176,00	176,00	0	NO	NO
		PAI 020B	Antena/bobina amb imant per a implant coclear	BAS	24	367,50	367,50	0	NO	NO
		PAI 020C	Cable per a solució corporal per a implant coclear, per a infants i per a usuaris amb característiques especials	BAS	24	152,88	152,88	0	NO	NO
		PAI 020D	Cable per a solució retroauricular per a implant coclear	BAS	24	115,01	115,01	0	NO	NO
PAI 040	Altres components externs per a implant de tronc cerebral	PAI 040A	Micròfon per a implant de tronc cerebral	BAS	48	176,00	176,00	0	NO	NO
		PAI 040B	Antena/bobina per a implant de tronc cerebral	BAS	24	367,50	367,50	0	NO	NO
		PAI 040C	Cable per a solució corporal per a implant de tronc cerebral, per a infants i per a usuaris amb característiques especials	BAS	24	152,88	152,88	0	NO	NO
		PAI 040D	Cable per a solució retroauricular per a implant de tronc cerebral	BAS	24	115,01	115,01	0	NO	NO

Renovació de la periodicitat: Finalitzada la vida mitjana, per a la renovació de l'article, aquest podrà ser renovat només quan hagi perdut la seva funcionalitat i aquesta no es pugui recuperar amb el recanvi corresponent. Sempre haurà de justificar-se documentalment.

Tots els articles estan subjectes a la garantia que expressen els fabricants, sense perjudici del que estableix la Llei 23/2003, de 10 de juliol, de Garanties en la venda de béns de consum. Durant el període de garantia les reparacions van a càrrec de l'establiment dispensador.

Pàgina 50



Servei Català
de la Salut

Generalitat de Catalunya
Departament de Salut

Núm. d'expedient ¹
Unitat de tramitació
Nom
Data i segell

Les dades de la persona
usuària es poden suplir per
l'etiqueta identificativa del S²

Prescripció d'articles ortoprotètics (PAO)

Dades de la persona usuària		NF
1r cognom	2n cognom	Nom
Adreça	Localitat	Telèfon
Diagnòstic	Codificació ⁴	
Causa		
☐ malaltia comuna ☐ accident causal ☐ accident trànsit ☐ accident laboral ☐ altres (especifiqueu-la)		
Dades de la prescripció		
Codi de referència	Descripció de l'article	Tipus d'article (SAM)
		Protocol (sí/no)

Observacions (continueu en un full a part, si cal)

EXEMPLAR PER AL SERVEI CATALÀ DE LA SALUT

Dades del metge/essa especialista prescriptor/a		Nom
1r cognom	2n cognom	
Num. de col·lecció d'articles	Especialitat mèdica	Codi UP de prescripció
Data de la prescripció		Requereix validació sanitària ⁵
		☐ no ☐ sí
		Data de la validació sanitària de l'article
Segell i signatura	Segell i signatura	
Dades del centre dispensador	Nom del centre	
NF	Codi UP de dispensació	
Data centre dispensador	Lliurament de l'article	
	He rebut	

Segell i signatura NIF, nom, cognoms i signatura de la persona usuària o de la persona representant autoritzada

Documents que cal presentar a la unitat de tramitació

☐ En cas d'article per protocol, requereix protocol formalitzat

☐ Informació clínica, si escau

5. Les ajudes PUA

 [Àrea privada](#) | [Contacte](#) | [CA](#) ▾ | 

[Inici](#) | [Temes](#) | [Seu electrònica](#) | [Tràmits](#) | [Generalitat](#) | [Actualitat](#) | [COVID-19](#)

[Inici](#) > [Tràmits](#) > [Tràmits per temes](#) > [Prestació d'atenció social a les persones amb discapacitat \(PUA\)](#)

Prestació d'atenció social a les persones amb discapacitat (PUA)

[← Torna](#)

Aquesta prestació té per objecte contribuir a les despeses ocasionades per l'adquisició de productes i actuacions destinades a permetre la promoció de l'autonomia personal de les persones amb discapacitat física, psíquica o sensorial amb mesures compensatòries a fi de

 [Llegiu més](#)



El termini per a la presentació dels formularis de sol·licitud és des de les 9 hores del dia 22 de setembre fins a les 14 hores del dia 21 d'octubre de 2021.

Mitjançant la petició genèrica podeu presentar electrònicament la sol·licitud, *però cal que adjunteu la versió presencial del formulari* ja emplenat amb la documentació corresponent, si és el cas.

A qui va dirigit	Organisme responsable	Normativa	Documentació relacionada
A persones que tinguin reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33% i que compleixin les condicions i els requisits establerts.			

Codi, nom i descripció, incompatibilitats	Import màxim	Exemple de producte
codi 408 Un audiòfon codi 409 Dos audiòfons (inclou els motlles i el tub auricular) <u>Funció:</u> millorar o corregir el dèficit auditiu. <u>Persones destinatàries:</u> persones amb discapacitat auditiva per hipoacúsia bilateral neurosensorial, transmissiva o mixta, que tinguin la prescripció facultativa corresponent. (Consultar els detalls dels destinataris a l'ordre de convocatòria) Poden ser: - persones a partir de 23 anys amb un grau de discapacitat igual o superior al 33% per discapacitat auditiva; - Infants i joves fins als 22 anys amb pèrdua d'audició inferior als 40 dB en la millor de les orelles amb trastorns de llenguatge i/o afectació visual, i/o intel·lectual o psíquica, i que assoleixin un grau de discapacitat igual o superior al 33%; - persones a partir de 23 anys amb dèficit auditiu i visual i/o intel·lectual o psíquic, que conjuntament arribin a un grau de discapacitat igual o superior al 33%. <u>Període de concessió:</u> 4 anys	1.200€ (codi 408) 2.400€ (codi 409)	

Preguntes freqüents

1. Quina tecnologia hi ha per a la millora de l'audició de les persones amb sordesa?
2. Hi ha un únic circuit per gestionar les ajudes per obtenir les pròtesis auditives (audiòfons, implants coclears)?
3. Hi ha algun protocol de detecció de la sordesa i quina relació te amb les pròtesis auditives?
4. Quina és la normativa estatal de les pròtesis auditives?
5. Quina és la normativa catalana de les pròtesis auditives?
6. Quines són les ajudes PAO?
7. Quines són les ajudes PUA?
8. Els procediments i circuit per demanar aquests ajuts estan ben definits?

6. Col·loqui

- Preguntes
- Comentaris
- Aportacions
- Més “preguntes freqüents”

Gràcies per la vostra assistència i participació !!